

HJ

中华人民共和国国家生态环境标准

HJ 1330—2023

固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法

Stationary source emission—Determination of ammonia and hydrogen chloride—Portable Fourier transform infrared spectroscopy method

本电子版为正式标准文本，由生态环境部环境标准研究所审校排版。

2023-12-05 发布

2024-07-01 实施

生态环境部 发布

目 次

前 言.....	ii
1 适用范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 方法原理.....	2
5 干扰和消除.....	2
6 试剂和材料.....	2
7 仪器和设备.....	2
8 样品.....	3
9 分析步骤.....	3
10 结果计算与表示.....	4
11 准确度.....	5
12 质量保证和质量控制.....	5
13 注意事项.....	6
附录 A（资料性附录） 测定前后仪器性能审核结果.....	7



前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，防治生态环境污染，改善生态环境质量，规范固定污染源废气中氨（ NH_3 ）和氯化氢（ HCl ）的便携式测定方法，制定本标准。

本标准规定了测定固定污染源废气中 NH_3 和 HCl 的便携式傅立叶变换红外光谱法。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准首次发布。

本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司组织制订。

本标准主要起草单位：中国环境监测总站、重庆市生态环境监测中心、浙江省生态环境监测中心。

本标准验证单位：上海市环境监测中心、山东省生态环境监测中心、福建省环境监测中心站、浙江省绍兴生态环境监测中心、浙江省台州生态环境监测中心、杭州谱育检测有限公司。

本标准生态环境部 2023 年 12 月 5 日批准。

本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。

本标准由生态环境部解释。

固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换 红外光谱法

1 适用范围

本标准规定了测定固定污染源废气中 NH_3 和 HCl 的便携式傅立叶变换红外光谱法。
本标准适用于固定污染源有组织排放废气中 NH_3 和 HCl 的测定。
 NH_3 、 HCl 的方法检出限均为 1 mg/m^3 ，测定下限均为 4 mg/m^3 。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 16157	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ 75	固定污染源烟气（ SO_2 、 NO_x 、颗粒物）排放连续监测技术规范
HJ/T 373	固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
HJ/T 397	固定源废气监测技术规范
HJ 1011	环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

校准 calibration

在规定条件下测定标准物质，确定标准物质提供的量值与相应示值之间的关系。

3.2

调整 adjustment

为使仪器提供相应于给定被测量值的指定示值，在仪器上进行的一组操作。

3.3

校准量程 calibration span (C.S.)

仪器校准的浓度上限，由校准所用最高浓度标准物质的标准值确定，应小于或等于仪器的满量程。

3.4

示值误差 error of indication

标准气体直接导入分析仪（直接测定模式）或由采样管导入分析仪（系统测定模式）的测定结果与标准气体标准值之间的绝对误差或相对误差。

3.5

系统偏差 system bias

标准气体直接导入分析仪（直接测定模式）得到的测定结果与由采样管导入分析仪（系统测定模式）得到的测定结果之间的差值或差值与校准量程的百分比。

3.6

零点漂移 zero drift

样品测定前、后，仪器对同一零点气的测定结果的差值或差值与校准量程的百分比。

3.7

量程漂移 span drift

样品测定前、后，仪器对同一校准量程标准气体的测定结果的差值或差值与校准量程的百分比。

4 方法原理

NH₃ 和 HCl 分别对红外光区 900 cm⁻¹~1350 cm⁻¹、2600 cm⁻¹~3100 cm⁻¹ 特征波数的光具有选择性吸收。傅立叶变换红外光谱仪通过迈克尔逊干涉仪将红外光源发出的光转变为干涉光后照射气体样品，得到红外干涉图，再由计算机系统做傅立叶变换处理后得到以波数为横坐标、吸光度为纵坐标的红外吸收光谱，通过对比气体样品的红外吸收光谱与标准谱图库中标准物质的红外吸收光谱，定性分析 NH₃ 和 HCl。在一定条件下，红外吸收光谱中目标化合物的特征吸收峰强度与其浓度遵循朗伯-比尔定律，根据吸收峰强度定量分析 NH₃ 和 HCl。

5 干扰和消除

5.1 废气中的液态水易对 NH₃ 和 HCl 造成溶解损失，应通过全程 180 °C 加热消除影响。

5.2 废气中的颗粒物易堵塞采样管路或沾污仪器光学部件，应在采样单元安装颗粒物过滤器。

5.3 废气中其他化合物与目标化合物红外吸收光谱存在交叉重叠时，易对目标化合物的测定产生干扰。为保证测定结果的准确性，在定量计算时，可选择恰当的光谱分析区间，也可采用基于最小二乘法或偏最小二乘法的内置分析程序，消除或克服干扰。

6 试剂和材料

6.1 标准气体：市售 NH₃、HCl 有证标准物质，以氮气（N₂）为平衡气，相对扩展不确定度 ≤2%（k=2）；或用符合 6.3 要求的配气装置配制所需浓度气体。标准气体钢瓶需配置可调式减压阀、可调式转子流量计及导气管，各部件材质应防腐蚀、避免与目标化合物发生物理吸附或化学反应。

6.2 零点气：纯度 ≥99.999% 的 N₂ 或不干扰目标化合物测定的清洁空气。

6.3 配气装置：最大输出流量 ≥5 L/min。流量计应满足：当流量 < 满量程 50% 时，流量最大允许误差在满量程的 ±0.5% 以内；当流量 ≥ 满量程 50% 时，流量最大允许误差在设定流量的 ±1.0% 以内。配气装置气路系统等材质应防腐蚀、避免与目标化合物发生物理吸附或化学反应。

7 仪器和设备

7.1 便携式傅立叶变换红外光谱仪

7.1.1 仪器组成

便携式傅立叶变换红外光谱仪一般由采样单元、预处理单元、分析单元和数据处理单元组成。采样单元包括采样管、导气管、流量控制装置和抽气泵等；预处理单元包括颗粒物过滤器、加热和保温装置等；分析单元包括红外光源、干涉仪、样品室及检测器等；数据处理单元包括计算机、分析软件及标准光谱等。

7.1.2 性能要求

便携式傅立叶变换红外光谱仪应满足以下性能要求：

- a) 示值误差： NH_3 、 HCl 校准量程 $> 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，相对误差在 $\pm 5\%$ 以内；校准量程 $\leq 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，绝对误差在 $\pm 3 \mu\text{mol/mol}$ 以内；
- b) 系统偏差： NH_3 、 HCl 校准量程 $> 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，相对偏差在 $\pm 5\%$ 以内；校准量程 $\leq 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，绝对偏差在 $\pm 3 \mu\text{mol/mol}$ 以内；
- c) 零点漂移： NH_3 、 HCl 校准量程 $> 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，相对偏差在 $\pm 3\%$ 以内；校准量程 $\leq 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，绝对偏差在 $\pm 3 \mu\text{mol/mol}$ 以内；
- d) 量程漂移： NH_3 、 HCl 校准量程 $> 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，相对偏差在 $\pm 3\%$ 以内；校准量程 $\leq 60 \mu\text{mol/mol}$ 时，绝对偏差在 $\pm 3 \mu\text{mol/mol}$ 以内；
- e) 分析单元：波数范围应至少包括 $900 \text{ cm}^{-1} \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$ ；光程总长度应满足本标准各目标化合物最低检出限要求；光谱分辨率应保证能将气体样品中的目标化合物与其他共存化合物的红外吸收峰分开；
- f) 采样单元、预处理单元及分析仪样品室应具备加热保温功能，加热温度为 $180 \text{ }^\circ\text{C} \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ ，所用材质应耐高温、防腐蚀、不与目标化合物发生物理吸附或化学反应；颗粒物过滤器及仪器其他性能应符合 HJ 1011 对 II 型仪器的技术要求。

8 样品

按照 GB/T 16157、HJ 75、HJ/T 373、HJ/T 397 等有关规定，确定采样位置、采样点及采样频次，采集样品。

9 分析步骤

9.1 测试准备

按照仪器使用说明书连接傅立叶变换红外光谱仪各组成单元，开启仪器，待采样单元、预处理单元、分析仪样品室达到规定的温度后，按照仪器使用说明书操作步骤开展分析仪的光源强度、干涉图性能和仪器气密性检查。若光源强度、干涉图性能未达到仪器使用说明书要求，需用零点气清洗检测器和样品室，直至达到要求；若仪器气密性检查不合格，应查漏和维护，直至检查合格。

9.2 仪器核查

9.2.1 零点核查

仪器运行稳定后，以仪器规定的采样流量将零点气导入分析仪，充分吹扫样品室，按照仪器使用说

说明书规定的步骤进行零点核查。

9.2.2 量程校准和调整

以仪器规定的采样流量导入并测定待测目标化合物的标准气体，若示值误差满足 7.1.2 a) 的要求，仪器可用；若不满足要求，需按照仪器使用说明书规定的步骤进行调整，使仪器满足测定要求。

9.3 样品测定

9.3.1 将采样管前端置于排气筒中并尽量靠近中心位置，严密封堵采样孔。

9.3.2 启动抽气泵，以仪器规定的采样流量取样测定，待仪器运行稳定后开始按分钟保存测定数据，连续测定 5 min~15 min，取平均值作为 1 次测量值，同步测定水分含量。

9.3.3 同一点位样品测定结束后，用零点气清洗采样单元、预处理单元和分析仪样品室，使仪器示值回到零点附近，再进行下一个点位的测定。

9.3.4 关机前，用零点气清洗采样单元、预处理单元和分析仪样品室，使仪器示值回到零点附近，然后先关闭抽气泵，再关闭分析仪和预处理装置，最后断开仪器各部分连接，结束测定。

10 结果计算与表示

10.1 结果计算

目标化合物的测定结果以标准状态（273 K，101.325 kPa）下干基废气的质量浓度表示。各目标化合物质量浓度的计算公式为：

a) 仪器示值以摩尔分数表示时，按照公式（1）转换为标准状态下干基废气的质量浓度 ρ ：

$$\rho = \frac{M}{22.4} \times x' \times \frac{1}{1 - \varphi_{sw}} \quad (1)$$

式中： ρ ——标准状态下干基废气中目标化合物的质量浓度，mg/m³；

M ——目标化合物的摩尔质量，g/mol；

22.4——标准状态下气态分子的摩尔体积，L/mol；

x' ——标准状态下湿基废气中目标化合物的摩尔分数， $\mu\text{mol/mol}$ ；

φ_{sw} ——废气中水分的体积分数。

b) 仪器示值以质量浓度表示时，按照公式（2）转换为标准状态下干基废气的质量浓度 ρ ：

$$\rho = \rho' \times \frac{1}{1 - \varphi_{sw}} \quad (2)$$

式中： ρ ——标准状态下干基废气中目标化合物的质量浓度，mg/m³；

ρ' ——标准状态下湿基废气中目标化合物的质量浓度，mg/m³；

φ_{sw} ——废气中水分的体积分数。

10.2 结果表示

测定结果 < 100 mg/m³ 时，保留至整数位；测定结果 ≥ 100 mg/m³ 时，保留 3 位有效数字。

11 准确度

11.1 精密度

6家实验室分别对浓度为 5 mg/m^3 、 20 mg/m^3 、 60 mg/m^3 、 100 mg/m^3 的 NH_3 有证标准气体样品进行了6次重复测定,实验室内相对标准偏差分别为 $0.26\%\sim 2.3\%$ 、 $0.25\%\sim 0.63\%$ 、 $0.19\%\sim 1.6\%$ 、 $0.12\%\sim 0.63\%$;实验室间相对标准偏差分别为 7.2% 、 5.6% 、 2.7% 、 1.1% ;重复性限分别为 0.2 mg/m^3 、 0.2 mg/m^3 、 2 mg/m^3 、 0.9 mg/m^3 ;再现性限分别为 1 mg/m^3 、 3 mg/m^3 、 5 mg/m^3 、 3 mg/m^3 。

6家实验室对合成氨厂和水泥厂排放废气中的 NH_3 浓度进行了同步测定,合成氨厂废气中 NH_3 浓度为 $24.1\text{ mg/m}^3\sim 25.2\text{ mg/m}^3$,平均值为 24.7 mg/m^3 ;水泥厂废气中 NH_3 浓度为 $28.8\text{ mg/m}^3\sim 31.5\text{ mg/m}^3$,平均值为 30.3 mg/m^3 。实验室内相对标准偏差分别为 $0.87\%\sim 1.4\%$ 、 $4.6\%\sim 11\%$;实验室间相对标准偏差分别为 1.5% 、 3.0% ;重复性限分别为 0.8 mg/m^3 、 7 mg/m^3 ;再现性限分别为 1 mg/m^3 、 7 mg/m^3 。

6家实验室分别对浓度为 5 mg/m^3 、 19.8 mg/m^3 、 147 mg/m^3 、 293 mg/m^3 的 HCl 有证标准气体样品进行了6次重复测定,实验室内相对标准偏差分别为 $0.77\%\sim 2.0\%$ 、 $0.37\%\sim 4.9\%$ 、 $0.072\%\sim 0.87\%$ 、 $0.17\%\sim 1.6\%$;实验室间相对标准偏差分别为 6.1% 、 4.0% 、 2.3% 、 1.1% ;重复性限分别为 0.2 mg/m^3 、 1 mg/m^3 、 2 mg/m^3 、 7 mg/m^3 ;再现性限分别为 0.8 mg/m^3 、 2 mg/m^3 、 10 mg/m^3 、 11 mg/m^3 。

6家实验室对垃圾焚烧厂和电子产品厂排放废气中的 HCl 浓度进行了同步测定,垃圾焚烧厂废气中 HCl 浓度为 $4.8\text{ mg/m}^3\sim 7.1\text{ mg/m}^3$,平均值为 5.9 mg/m^3 ;电子产品厂废气中 HCl 浓度为 $59.5\text{ mg/m}^3\sim 62.0\text{ mg/m}^3$,平均值为 61.1 mg/m^3 。实验室内相对标准偏差分别为 $16\%\sim 20\%$ 、 $2.6\%\sim 4.0\%$;实验室间相对标准偏差分别为 13% 、 6.5% ;重复性限分别为 3 mg/m^3 、 5 mg/m^3 ;再现性限分别为 4 mg/m^3 、 12 mg/m^3 。

11.2 正确度

6家实验室分别对浓度为 5 mg/m^3 、 20 mg/m^3 、 60 mg/m^3 、 100 mg/m^3 的 NH_3 有证标准气体样品进行了6次重复测定,相对误差分别为 $0.60\%\sim 12\%$ 、 $1.4\%\sim 11\%$ 、 $0.15\%\sim 5.0\%$ 、 $0.17\%\sim 1.6\%$,相对误差最终值分别为 $5.3\%\pm 8.8\%$ 、 $4.7\%\pm 6.6\%$ 、 $2.3\%\pm 3.6\%$ 、 $0.95\%\pm 1.0\%$ 。

6家实验室分别对浓度为 5 mg/m^3 、 19.8 mg/m^3 、 147 mg/m^3 、 293 mg/m^3 的 HCl 有证标准气体样品进行了6次重复测定,相对误差分别为 $1.6\%\sim 16\%$ 、 $0.20\%\sim 8.9\%$ 、 $0.20\%\sim 3.7\%$ 、 $0.034\%\sim 2.8\%$,相对误差最终值分别为 $9.3\%\pm 11.4\%$ 、 $3.1\%\pm 6.4\%$ 、 $1.7\%\pm 2.6\%$ 、 $1.4\%\pm 2.2\%$ 。

12 质量保证和质量控制

12.1 样品测定前及全部样品测定后应核查示值误差和系统偏差,核查结果应满足7.1.2 a)和7.1.2 b)的要求。若样品测定前不满足上述要求,应维护或修复仪器,直至满足要求方可测定样品;若全部样品测定后不满足上述要求,则样品测定结果无效。

注:可采取包括采样管、导气管、预处理装置和分析仪在内的系统测试模定的示值误差核查代替分析仪示值误差和系统偏差的核查,核查结果应满足7.1.2 a)的要求。

12.2 样品测定结果应处于分析仪校准量程的 $20\%\sim 100\%$ 之间,否则应重新选择量程并用标准气体校准。如样品测定结果小于本方法测定下限,且校准量程不大于 20 mg/m^3 ,则不受本条限制。

12.3 仪器使用期间,每半年至少核查1次零点漂移、量程漂移,对于长期未使用的仪器(超过半年),应在下次使用前核查零点漂移、量程漂移,核查结果应满足7.1.2 c)和7.1.2 d)的要求,否则应及时维护或修复仪器。当仪器使用频次较高,或者现场监测条件较为恶劣时,应适当缩短核查周期,增加核查次数。

注：零点漂移、量程漂移核查的测定时间均应至少保持 1 h。

13 注意事项

- 13.1 仪器使用过程中应保证分析仪的光源强度、干涉图性能及样品室温度等各项参数满足仪器使用说明书及测定要求，并在仪器使用说明书规定的环境条件下使用。
- 13.2 使用前应检查颗粒物过滤器，若有沾污，应及时清洁或更换滤芯，防止阻塞气路。
- 13.3 测定后应立即用零点气充分清洗采样装置、管路和样品室，确保仪器示值回到零点附近并保持稳定。
- 13.4 排气筒负压过大时容易导致仪器无法正常采集样品，影响测定结果准确性，采样系统应具有足够的抗负压能力，保证采样流量不低于仪器规定的流量下限。
- 13.5 测定过程中应保证电源连续稳定供应。
- 13.6 测定过程中应采取必要的安全防护措施。



附录 A
(资料性附录)
测定前后仪器性能审核结果

测定地点: _____

仪器品牌、型号、编号: _____

仪器检定/校准有效起止日期: _____

仪器量程($\mu\text{mol}/\text{mol}$, mg/m^3): _____

标准气体名称、生产单位及有效期: _____

测定人员: _____ 测定日期: _____

表 A.1 示值误差测定结果记录表

标准气体		测定前			测定后		
名称	标准值 x	测定值 x_i	平均值 \bar{x}_i	示值误差	测定值 x_i	平均值 \bar{x}_i	示值误差
注 1: 测定模式: <input type="checkbox"/> 直接测定模式 <input type="checkbox"/> 系统测定模式。 注 2: 示值误差计算公式: <input type="checkbox"/> 绝对误差 $\bar{x}_i - x$ <input type="checkbox"/> 相对误差 $(\bar{x}_i - x) / x \times 100\%$ 。							

表 A.2 系统偏差测定结果记录表

标准气体		测定前				测定后					
名称	标准值 x	测定值				系统偏差	测定值				系统偏差
		x_1	\bar{x}_1	x_2	\bar{x}_2		x_1	\bar{x}_1	x_2	\bar{x}_2	
注 1: 测定值 x_1 是标准气体直接导入分析仪的测定结果; 测定值 x_2 是标准气体经采样管导入分析仪的测定结果。 注 2: 系统偏差计算公式: <input type="checkbox"/> 绝对偏差 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ <input type="checkbox"/> 相对偏差 $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \text{C.S.} \times 100\%$; C.S.为校准量程。											

表 A.3 零点漂移和量程漂移测定结果记录表

标准气体		起始日期和时间	最终日期和时间	零点漂移			量程漂移			
				零点气测定值		零点漂移绝对量	零点漂移	标准气体测定值		量程漂移绝对量
名称	标准值 x		起始 ($x_{i,0}$)	最终 (x_i)	$\Delta x_1 = x_i - x_{i,0}$			起始 ($x_{j,0}$)	最终 (x_j)	$\Delta x_2 = x_j - x_{j,0}$

注 1: 起始表示样品测定前, 最终表示样品测定后。
 注 2: 零点漂移计算公式: 绝对偏差 $\Delta x_1 = x_i - x_{i,0}$ 相对偏差 $\Delta x_1 / C.S. \times 100\%$; C.S.为校准量程。
 注 3: 量程漂移计算公式: 绝对偏差 $\Delta x_2 = x_j - x_{j,0}$ 相对偏差 $\Delta x_2 / C.S. \times 100\%$; C.S.为校准量程。

